

標準液検査成績書

一般社団法人 検査医学標準物質機構
〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1-3-3
TEL 045-530-9109 FAX 045-530-9036

1. 発行日

2018年9月20日

2. 依頼者

〇〇株式会社 殿

3. ロット番号

Lot 3009RG14

4. 内容

(1) 名称

グルコース標準液

(2) 調製方法

グルコース標準試薬 NIST SRM917c (純度 99.7 ± 0.3 %, 別添) を正確に量り取り、安息香酸 0.1%を含む水溶液に溶解した。

なお、調製はJCSS (計量法校正事業者認定制度) 認定事業者が校正した天秤を用いた重量法で調製操作による誤差を 0.1 % 以下とした。

(3) 種類・内容

以下の 1種類 (100 mL × 2本) 注) 濃度表示値は温度25 °Cの値
100 mg/dL 標準液

(4) 保存方法・使用期限

保存方法: 100 mLポリエチレン容器、4~25 °C

使用期限: 2019年3月

以上