

グルコース標準液 証明書

■ 調製方法

本グルコース標準液はグルコース標準品 NIST SRM 917c (純度 99.7 ± 0.3 %) を正確に量り取り、安息香酸 0.1 % を含む水溶液に溶解したものである。調製はJCSS(計量法校正事業者認定制度)認定事業者が校正した天秤を用いた重量法で行い、秤量操作による誤差を0.1 %以下とした。

■ ロット番号

GL A00-A

■ 保管温度及び使用期限

使用期限は下記のとおりである。(未開封品に限る)

室温 または冷蔵 出荷日(製品ラベルに記載)より6ヵ月

■ 濃度

100 mg/dL

200 mg/dL

300 mg/dL

■ 形態

各濃度 1セット 2.5 mL, 3本 (ガラスアンプル入り)

(セット数はご注文内容による)

■ 本証明書発行日

2019年11月1日

一般社団法人 検査医学標準物質機構

〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 1-3-3

TEL 045-507-6326 FAX 045-507-7197

以上