

NGSP 認証用キャリブレーター JCCAL-SC

HbA1c 試薬製造事業者が NGSP 認証を ASRL#1 を通じて受ける場合、JCCAL-SC を測定し、バイアスが 0.2% HbA1c を超えた場合、自社キャリブレーターを校正して、0.2% 以内に入るようにする必要があります。

JCCAL-SC は、実試料 40 検体をほぼ代表する 10 検体からなるレファレンスパネル血液です。ミズーリ医科大学と ASRL#1 とで求めた NGSP 値が付されています。

JCCAL-SC は、ASRL#1 で認証を受けたメーカー、ラボラトリーが購入することができます。下記お問い合わせ先にご連絡ください。注文用紙をお送りさせていただきます。

【お問い合わせ先】

NGSP ASRL#1 事務局

E-mail: ngspdata@reccs.net

(注文・一般) TEL 045-530-9107 FAX 045-530-9036

(技術内容) TEL 045-507-6326 FAX 045-507-7197

一般社団法人検査医学標準物質機構 (ReCCS)

〒225-0012

神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 1-3-3

【JCCAL-SC 試料調整タイプについて】

※原則として下記Aセット。

B、Cを申込できるのは、申請の上、NGSP ASRL#1 の了承を得られた場合のみとなります。

	調整タイプ	定価【税抜】
A 原則	血球凍結品 0.1ml 10種類 各1本 ◎全血から血漿を除き、生理食塩水で置換して凍結したもの (血球+生理食塩水、総 Hb 濃度 12~15g/dl) HbA1c(NGSP)として 5~11%	¥60,000
B*	血球画分凍結品 0.05ml 10種類 各1本 ◎血球を凍結したもの(血漿を含まない) (総 Hb 濃度 約 30g/dl) HbA1c(NGSP)として 5~11%	¥70,000
C*	全血凍結品 0.1ml 10種類 各1本 ◎全血を凍結したもの (血球+血漿、総 Hb 濃度 12~15g/dl) HbA1c(NGSP)として 5~11%	¥60,000

【JCCAL-SC 認証値および拡張不確かさ】

※最新情報ページの「JCCAL-SC 認証書」をご覧ください。